

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Pismo: 09/ZP/2017/4

Pilchowice dnia: 2017-12-01

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-12-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Dzierżawę respiratorów dla Szpitala w Pilchowicach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

pytanie dotyczy szczegółowego opisu zamówienia pkt. A.4.

Data produkcji (nie wcześniej niż 01.01.2014)

Czy respiratory mogą być wyprodukowane w roku 2013 - zakupione w 03,2014 oraz data rozruchu 07.2014

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuści respiratory wyprodukowane w 2013 a zakupione w 2014 roku

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający



mgr Danuta Markłowska
tel. 22 355 65 27 w. 379