

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Pismo: 13/ZP/2017/9

Pilchowice dnia: 2017-11-10

Według Wykazu

POWIADOMIENIE **o zmianach SIWZ**

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach (przetarg nieograniczony).

Szanowni Państwo,

W związku z odpowiedzią na zapytania Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup myjni do bronchoskopów dla Szpitala w Pilchowicach, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W związku z odpowiedziami na zapytanie Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- w Szczegółowym Opisie Zamówienia - A25 - Jest 60, winno być 60-70 cm
- w Szczegółowym Opisie Zamówienia - C5 - Jest : "Maksymalnie 3 naprawy tego samego podzespołu w ciągu kolejnych 12 miesięcy biegu okresu gwarancji uprawniają zamawiającego do żądania wymiany podzespołu na nowy", powinno być "Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu w ciągu kolejnych 12 miesięcy biegu okresu gwarancji uprawniają Zamawiającego do żądania wymiany podzespołu na nowy"

- we wzorze umowy par.7 ust. 1d. Jest: "za niedotrzymanie terminów usunięcia usterki lub naprawy o których mowa w §3 ust. 4 i 5 w wysokości 0,2 % wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia" winno być za niedotrzymanie terminów usunięcia usterki lub naprawy o których mowa w §4 ust. 4 i 5 w wysokości 0,2 % wartości brutto urządzenia, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia, chyba, że Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy / moduł zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni"

D Y R E K T O R



lek. med. Joanna Niestrój-Ostrowska