

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice
Pismo: 23/ZP/2019/7

Pilchowice dnia: 2019-11-20

S2P / M86 / 2019

Wg wykazu

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-11-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:
Zakup respiratorów do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów dorosłych dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach.

Zapytanie nr 3

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

„Respirator przenośny do nieinwazyjnej wentylacji - C. Przeznaczenie respiratora - pkt. 2:

1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator do dostarczania inwazyjnego i nieinwazyjnego wsparcia oddechowego w leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) i częściowej lub całkowitej niewydolności oddechowej u pacjentów dorosłych i pediatrycznych, ważących ponad 10 kg?

Oferowany respirator jest przeznaczony do stosowania w domu, w szpitalu/instytucji oraz do zastosowań przenośnych, takich jak wózki inwalidzkie i łóżka szpitalne oraz spełnia normę ISO 10651-6: Respiratory do medycznego stosowania - Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania - Część 6. Urządzenia do domowego wspomaganie wentylacji.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający dopuści respirator spełniający normę ISO 10651-6 oraz wszystkie wymagania Szczegółowego Opisu Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

lek. med. Joanna Niestrój-Ostrowska
D Y R E K T O R