

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach  
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice

Pismo: 02/ZP/2020/7

Pilchowice dnia: 2020-01-24

«@t\_oferent\_zglo#nazwa»  
«@t\_oferent\_zglo#kod»  
«@t\_oferent\_zglo#miasto»  
«@t\_oferent\_zglo#ulica»  
«@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#l  
okal»

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-24 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Zakup sprzętu medycznego**,

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

### Zapytanie nr 3:

Czy w przetargu nr 02/ZP/2020 zad. nr 1 dopuszczacie Państwo maski w rozmiarze S, M, L lub w rozmiarach S, M, L, MW?

### Odpowiedź:

Jeżeli maska o rozm. MW jest większa od maski rozm. L wówczas Zamawiający dopuści rozmiar MW.

### Zapytanie nr 5:

Pakiet 3

Czy w związku z najczęściej występującymi problemami podczas pomiaru saturacji u wymagających pacjentów, takimi jak : obrzęk kończyn, zimne kończyny, pacjent pobudzony (w ruchu), pomalowane paznokcie, Zamawiający dopuści pulsoksymetr z częstotliwością tętna 25-240bpm, oraz będzie oczekiwał technologii pomiaru saturacji - pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, dzięki zastosowaniu filtrów i algorytmów pomiarowych oraz eliminacji sygnału płynącego z krwi żyłnej, potwierdzone przez szereg niezależnych badań?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuści pulsoksymetr z częstotliwością 25-240 bpm, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w Załączniku nr 3 do SIWZ dla Pakietu nr 3.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

D Y R E K T O R



lek. med. Joanna Niestrań-Ostrówska

