

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Pismo: 02/ZP/2020/10

Pilchowice dnia: 2020-01-28

Wg wykazu

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Zakup sprzętu medycznego,

Treść wspomnianej prośby i odpowiedź Zamawiającego jest następująca:

Zapytanie nr 6:

PAKIET I - MASKI DO NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarach P, S, M, L? Które oznaczają odpowiednio:

P - bardzo mała

S - mała

M - średnia

L - duża

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiary masek S, M, L oraz rozmiar równoważny z rozmiarem XL, nie dopuszcza rozmiaru P.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Z-CA DYREKTORA
ds. PIELĘGNIARSTWA

mgr piel. Danuta Markłowska

Pełnomocnik Dyrektora Szpitala
Chorób Płuc im. św. Józefa
w Pilchowicach

Nr pełnomocnictwa *612019*