

Pilchowice dnia: 2020-09-18

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo 25/ZP/2020/P

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dzierżawę analizatora hematologicznego oraz dostawy odczynników i materiałów kontrolnych" – znak sprawy 25/ZP/2020/P.

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 1

Dotyczy:

Załącznik nr 5 do SIWZ Arkusz asortymentowo-cenowy

Odczynniki i materiały kontrolne

Zapytanie:

Prosimy o udzielenie informacji ile fiolek krwi kontrolnej na każdym z trzech poziomów (L,N,H) należy ująć w ofercie. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów fiolek krwi kontrolnej składających się z dwóch fiolek krwi kontrolnej na poziomie Niskim (L), dwóch fiolek krwi kontrolnej na poziomie Normalnym (N) i dwóch fiolek krwi kontrolnej na poziomie Wysokim (H)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszczamy krew kontrolną- opakowanie składające się z dwóch fiolek krwi kontrolnej na poziomie Niskim (L), dwóch fiolek krwi kontrolnej na poziomie Normalnym (N) i dwóch fiolek krwi kontrolnej na poziomie Wysokim (H)

Szacunkowa ilość krwi kontrolnej to 18 takich opakowań tj. 36 fiolek na poziomie Niskim (L), 36 fiolek na poziomie Normalnym (N), 36 fiolek na poziomie Wysokim (H).

Zamawiający

D Y R E K T O R


lek. med. Joanna Nlestrój-Ostrowska

H