

Pilchowice dnia: 2020-11-03

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego, środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach"** – znak sprawy 29/ZP/2020/P.

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Zapytanie nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkty z Części 12 poz. 20 i 21 i dopuści:

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, celulozy i wiskozy o wymiarach 30x34cm, chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego, gramatura chusteczek 70g/m², ilość chusteczek w rolce 100szt., rolki niepakowane zbiorczo (pakowane po 1 szt.), możliwość nasączania preparatami na bazie alkoholu jak i bezalkoholowymi, zwój zapakowany w jednorazowy worek kompatybilny z wiaderkiem, oraz Kompatybilne z nimi wiaderko dozujące?

lub

Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, celulozy i wiskozy o wymiarach 18x25cm, chusteczki zalewane 3 litrami roztworu roboczego, gramatura chusteczek 70g/m², ilość chusteczek w rolce 300szt., rolki niepakowane zbiorczo (pakowane po 1 szt.), możliwość nasączania preparatami na bazie alkoholu jak i bezalkoholowymi, zwój zapakowany w jednorazowy worek kompatybilny z wiaderkiem, oraz Kompatybilne z nimi wiaderko dozujące?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA CHUSTECZEK I WIADEREK.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie pozycji do nowej części

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 10

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) "dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).
2. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji nr 10.6 próbek do OB wykonanych z plastiku z 6-miesięcznym terminem ważności w dniu dostawy.
3. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji nr 10.12 strzykawek do gazometrii z suchą zbalansowaną wapniem heparyną litową w stężeniu 80 UI/1 ml krwi.
4. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji nr 10.8 igieł systemowych zapewniających wizualizację prawidłowego wkłucia jeszcze przed podłączeniem próbówki tylko w rozmiarze 0,8. W systemach próżniowych obecnych na rynku nie ma igły 0,9 z elementem przezroczystym (wizualizacją wkłucia).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1 - Zamawiający w pkt 17.1 SIWZ dopuścił w szczególnych wypadkach możliwość podania cen jednostkowych z dokładnością do 3 miejsc po przecinku z tym, że wartość pozycji powinna być zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

Ad. 2 - Zamawiający dopuszcza

Ad.3 - Zamawiający dopuszcza strzykawki do gazometrii kompatybilne z posiadanym przez Szpital analizatorem firmy EDAN i 15.

Ad. 4 - Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

D Y R E K T O R

lek. med. Joanna Mistrzej-Ostrowska