

**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**  
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice

Pismo: 33/ZP/2020/P/2

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.”** – znak sprawy 33/ZP/2020/P.

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Zapytanie nr 2

Pytania do zadania 1 - Bronchofiberoskop z ultrasonografią wewnątrz oskrzelową EBUS

Pytanie 1 dotyczy pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści wyjścia sygnału min. DVI-D, HD- SDIx2, S-Video, Composite VGA oraz wejścia Composite?

Pytanie nr 2 dotyczy pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści wejście komunikacyjne ENTHERNET/DICOM?

Pytanie nr 3 dotyczy pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści menu pacjenta w języku polskim, komunikaty i menu zaawansowane w języku angielskim?

Pytanie nr 4 dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość używania polskich znaków wpisywania imienia i nazwiska pacjenta przez system DICOM i wysyłanie do procesora?

Pytanie nr 5 dotyczy pkt. 11 i 17

Czy Zamawiający dopuści brak współpracy oferowanego procesora z posiadanymi przez Zamawiającego video bronchoskopami firmy Olympus?

Pytanie nr 6 dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sprzętu z możliwością współpracy z posiadanym przez Zamawiającego programem archiwizacji badań EndoBase, jest ona możliwa tylko w przypadku gdy firma Olympus udostępni dostęp do ustawień tego programu?

Pytanie nr 7 dotyczy pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści źródło światła 4 LED o jasności świecenia 1400lm, co odpowiada w przybliżeniu jasności świecenia 300W - lampy Ksenon?

Pytanie nr 8 dotyczy pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści brak żarówki zapasowej, producent nie przewiduje awarii wszystkich czterech diod LED w źródle światła?

Pytanie nr 9 dotyczy pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop ultrasonograficzny EBUS o polu widzenia 120°?

Pytanie nr 10 dotyczy pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości w zakresie 3-100 mm?

Pytanie nr 11 dotyczy pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika max 6,3mm, końcówki max 6,7 mm?

Pytanie nr 12 dotyczy pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści zakres odchylenia końcówki G: 130° D: 90° ?

Pytanie nr 13 dotyczy pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści długość sondy roboczej 610 mm?

Pytanie nr 14 dotyczy pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną kanału biopsyjnego min 2,0 mm?

Pytanie nr 15 dotyczy pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min. 2?

Pytanie nr 16 dotyczy pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści endoskop bez kabla demontowalnego łączącego z zaferowanym procesorem?

Pytanie nr 17 dotyczy pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści współpracę z posiadanym testerem szczelności poprzez adapter?

Pytanie nr 18 dotyczy pkt. 32

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie sprzętu z możliwością współpracy z posiadanym przez Zamawiającego programem do archiwizacji badań EndoBase, jest ona możliwa tylko w przypadku gdy firma Olympus udostępni dostęp do ustawień tego programu?

Pytanie nr 19 dotyczy pkt. 35

1. Czy Zamawiający dopuści centralę ultrasonograficzną z obsługą tylko sond elektronicznych?
2. Bądź dopuści do obsługi sond mechanicznych oddzielny procesor ultrasonograficzny?

Pytanie nr 20 dotyczy pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści możliwość obrazowania 2D procesora dedykowanego do mini sond?

Pytanie nr 21 dotyczy pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści dostępne częstotliwości 5; 7,5; 10; 12 MHz?

Pytanie nr 22 dotyczy pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści procesor ultrasonograficzny z możliwością wprowadzenia ręcznego danych pacjenta?

Pytanie nr 23 dotyczy pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści dokonywanie pomiarów w czasie rzeczywistym przy zatrzymanym obrazie?

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający będzie wymagał do oferowanego zestawu by wyposażyć go w monitor medyczny i wózek do umieszczenia oferowanego sprzętu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 1 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 2 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 3 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 4 - Zamawiający nie dopuści

Ad.5 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 6 - Zamawiający nie dysponuje prawami do ustawień programu do archiwizacji badań EndoBase. Kontakt z firmą Olympus po stronie Wykonawcy.

Ad. 7 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 8 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 9 - Zamawiający dopuści

Ad. 10 - Zamawiający dopuści

Ad. 11 - Zamawiający dopuści

Ad. 12 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 13 - Zamawiający dopuści

Ad. 14 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 15 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 16 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 17 - Zamawiający dopuści

Ad. 18 - Zamawiający nie dysponuje prawami do ustawień programu do archiwizacji badań EndoBase. Kontakt z firmą Olympus po stronie Wykonawcy.

Ad. 19/1 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 19/2 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 20 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 21 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 22 - TAK plus zaciąganie danych z posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego (KS MEDIS, KS SOMED)

Ad. 23 - Zamawiający nie dopuści

Ad. 24 - Zamawiający nie będzie wymagał, pod warunkiem gdy oferowany sprzęt będzie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem medycznym, a na wózku do umieszczania sprzętu, oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie możliwy do ustawienia (pomieści się).

Zamawiający

DYREKTOR

  
lek. n. z. Joanna Nicotruj-Ostrowska