

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: 29/ZP/2020/P /3

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Dostawy sprzętu medycznego, laboratoryjnego , środków dezynfekujących i opatrunkowych dla szpitala w Pilchowicach”** – znak sprawy 29/ZP/2020/P.

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej **”SIWZ”**):

Zapytanie nr 3

Pytania do SIWZ

Część nr 4

1. Czy Zamawiający w pozycji 4.1 dopuści zaoferowanie szczoteczki o długości 1200 mm.
2. Czy Zamawiający w pozycji 4.2 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm, szerokość rozwarcia łyżeczek 4-5 mm, sterylizowanych tlenkiem etylenu.
3. Czy Zamawiający w pozycji 4.3 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.
4. Czy Zamawiający w pozycji 4.4 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm, szerokość rozwarcia łyżeczek minimum 6,5 mm, pojemność łyżeczek minimum 6,1 mm³, sterylizowanych tlenkiem etylenu.
5. Czy Zamawiający w pozycji 4.5 dopuści zaoferowanie igieł o długości roboczej 1200 mm, szerokość igły 22G, długość ostrza igły 10 mm i 14 mm.
6. Czy Zamawiający w pozycji 4.5 dopuści zaoferowanie igieł o długości roboczej 1200 mm, szerokość igły 19G i 20G, długość ostrza igły 14 mm i 20 mm.
7. Czy Zamawiający w pozycji 4.6 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 110 cm.

Część nr 7

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek bez zaworu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1- Zamawiający dopuszcza.

Ad. 2 – Zamawiający dopuści pod warunkiem że rozwarcie łyżeczek wynosi 5 mm.

Ad. 3 – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Ad. 4 – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Ad. 5 – Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Ad. 6 – Zamawiający dopuszcza.

Ad. 7 – Zamawiający podtrzymuje opis w Arkuszu asortymentowo-cenowym.

Ad. 8 – Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie nr 4

Pytanie 1

Część nr 12, poz. 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji wysokiej jakości, alkoholowych chusteczek przeznaczonych do dezynfekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu typu Mediwipes chusteczki. Skład: Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N''-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5 g. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, BVDV, Ebola, wirus grypy A, B, C) w czasie do 60 sekund. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Część nr 12, poz. 13:

W związku z panującą obecnie sytuacją i spowodowanymi tym problemami z dostępnością produktu opisanego w w/w pozycji, zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 13 i utworzenie odrębnego pakietu. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym.

Pytanie 3

Dot. wzoru umowy § 3, ust. 8:

Prosimy o modyfikację zapisów umowy na następujący:

„8. W przypadku braku towaru przekraczającego 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienie podstawowego Zamawiający ma prawo zakupu towaru u innego dostawcy oraz do obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika nr 3 do niniejszej umowy.”

Pytanie 4

Dot. wzoru umowy § 3, ust. 12 lit. b:

Prosimy o modyfikację zapisów umowy na następujący:

„b) możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami po akceptacji obu stron, przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto (dla danego zadania) należnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.”

Pytanie 5

Dot. wzoru umowy § 6, ust. 6

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy w przypadku reklamacji do 5 dni roboczych.

Pytanie 6

Dot. wzoru umowy § 7, ust. 2:

Prosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Pytanie 7

Dot. wzoru umowy § 7:

Prosimy o dodanie poniższych zapisów do § 7:

„7. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych, i odszkodowań oraz obciążania kosztami wykonania zakupu zastępczego za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 8.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 2 – Zamawiający wykreśla pozycję i Wykonawca winien tę pozycję wykreślić (alkohol).

Ad. 3 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 4 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 5 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 6 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 7 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Zapytanie nr 5

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

3. Dotyczy Parametry Techniczne:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w część nr 13 - dostawy środków myjąco-dezynfekujących do myjki endoskopowej, p. 13.1, preparat myjąco - dezynfekujący przeznaczony do manualnego i automatycznego procesowania endoskopów, w opakowaniach jednostkowych 5 litrowych (opakowanie zbiorcze 2x5l)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 - Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 2 - Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Ad. 3 - Zamawiający wyraża zgodę, w tym przypadku Wykonawca musi przeliczyć odpowiednią ilość.

Zapytanie nr 6

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"W przypadku braku towaru przekraczającego 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia podstawowego Zamawiający ma prawo wystawienia Protokołu wadliwej dostawy (Załącznik nr 3) oraz po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, zakupu towaru innego dostawcy oraz do obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie. Poza tym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 3."

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 12a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"możliwość niewykorzystania w pełni asortymentu dostaw, wskazanego w Arkuszu kalkulacyjno-cenowym (Załącznik nr 1), z czego nie wynikają dla Wykonawcy żadne roszczenia o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20 % wartości całego zamówienia."

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego w żaden sposób rozporządzać prawami wynikającymi z niniejszej umowy w tym dokonywać cesji wierzytelności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 5

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

"Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze."

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 200 zł na 50 zł?

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Rażącym naruszeniem postanowień umowy będzie co najmniej 3-krotne uchybienie w wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzone Protokołem wadliwej dostawy (Załącznik nr 3), w szczególności w zakresie:..."

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 14 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Należności wynikające z niniejszej umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."

Pytanie 9

Dotyczy części nr 4

Prosimy o dopuszczenie asortymentu o bardzo zbliżonych parametrach tj.:

- w poz. 1 szczotek cytologicznych jednorazowego użytku bronchoskopowych; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1200 mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, minimum 3 naklejki z numerem produktu i datą

ważności,

- w poz. 2 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem oraz owalne z okienkiem i igłą mocującą (do wyboru); łyżeczki standardowe, wykonane ze stali nierdzewnej o jednostopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; rozwarcie łyżeczek ok. 5,0 mm, pojemność łyżeczek ok. 4,0 mm³, długość narzędzia 1200 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane zgodnie z przepisami unijnymi, minimum 3 naklejki z numerem produktu i datą ważności,

- w poz. 3 uniwersalnych jednorazowych dwustronnych szczoteczek do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiadających plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 1300 mm (50 sztuk w opakowaniu),

- w poz. 4 szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem oraz owalne z okienkiem i igłą mocującą (do wyboru); łyżeczki standardowe wykonane ze stali nierdzewnej o jednostopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; rozwarcie łyżeczek ok. 6,5 mm, pojemność łyżeczek ok. 6,1 mm³, długość narzędzia 1600 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane zgodnie z przepisami unijnymi, minimum 3 naklejki z numerem produktu i datą ważności,

- w poz. 5 igieł aspiracyjnych, jednorazowych TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1200 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, szerokość igły 21G, długość ostrza 12 i 15 mm (do wyboru), opakowanie zawiera 5 sztuk, minimum 3 naklejki z numerem produktu i datą ważności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 - Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 2 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 3 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 4 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 5 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 6 – Zamawiający usuwa ze wzoru umowy zapisy § 7 ust. 4.

Ad. 7 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Ad. 8 – Zamawiający usuwa zapisy § 14 ust. 2.

Ad. 9:

poz. 1 – zgodnie z opisem w arkuszu asortymentowo cenowym

poz. 2 – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

poz. 3 - Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

poz. 4 - Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

poz. 5 - Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Zapytanie nr 7

Pytanie nr 1

Część 1, poz. 13,22-23,27-28,32-33,37-38,58-59,75-80,82-84,

Czy zamawiający wydzieli poz. 13,22-23,27-28,32-33,37-38,58-59,75-80,82-84 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Pytanie 2

Część 1, poz. 13

- Czy zamawiający dopuści gramaturę minimum 25 g/m²?
- Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony gumką a nie mankietem?

Pytanie 3

Część 1 poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 4

Część 1 poz. 23

Czy Zamawiający oczekuje wycenę za opakowanie handlowe 100 szt.?

Pytanie 5

Część 1 poz. 58-59

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Pytanie 6

Część 1, poz. 75

Czy zamawiający dopuści skalę co 0,5 ml?

Pytanie 7

Część 1 poz. 77

Czy zamawiający dopuści skalę co 1 ml?

Pytanie 8

Część 1, poz. 79

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Pytanie 9

Część 1, poz. 84

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie handlowe 10 szt. ?

Pytanie 10

Część 14, poz. 1-4,8,10-14,22

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,8,10-14,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Pytanie 11

Część 14 poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 – Zamawiający nie wydzieli

Ad. 2 – Zamawiający dopuszcza

Ad. 3 – Zamawiający dopuszcza

Ad. 4 – Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie handlowe 250 sztuk. W przypadku chęci złożenia oferty na opakowanie handlowe o innej ilości sztuk proszę dokonać odpowiednich przeliczeń i zaokrąglić do 1 op. w górę.

Ad. 5 – Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Ad. 6 - Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 7 - Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 8 - Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 9 – Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie handlowe 10 szt.

Ad. 10 - Zamawiający nie wydzieli

Ad. 11 – Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 8

Pytanie 1

Część 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne pakowane a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pytanie 2

Część 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. =100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pytanie 3

Część 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. =10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pytanie 4

Część 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m²?

Pytanie 5

Część 1, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o szerokości 50 cm?

Pytanie 6

Część 24, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby ochraniacze na buty były zgodne z normą EN 14126.

Pytanie 7

Część 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kombinezon z mankietem zakończonym gumką?

Pytanie 8

Część 1, pozycja 1.4

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje cewnika Foley'a silikonowego czy silikonowanego?

Pytanie 9

Część 1, pozycja 1.14

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz j.u. 15cm?

Pytanie 10

Część 1, pozycja 1.74

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 74 z zadania 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Pytanie 11

Część 1, pozycja 1.87

Czy zamawiający dopuści żel do znieczulenia błon śluzowych o pojemności 6ml?

Pytanie 12

Część 1, pozycja 1.87

Czy zamawiający dopuści żel do znieczulenia błon śluzowych w opakowaniu jednostkowym papier-
folia?

Pytanie 13

Część 1, pozycja 1.87

Czy zamawiający dopuści żel do znieczulenia błon śluzowych w opakowaniu a' 50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 2 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 3 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 4 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 5 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 6 - Zamawiający odstępuje od wymogu

Ad. 7 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 8 - Zamawiający oczekuje cewnika silikonowanego

Ad. 9 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 10 - Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie

Ad. 11 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 12 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 13 - Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 9

Pytanie 1

Pakiet nr 47, pozycja 1-3: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1-3 z pakietu nr 47 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie na pozostałą część pakietu. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu?

Pytanie 2

Pakiet nr 47, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści opaskę niesterylną mikrobiologicznie czystą?

Pytanie 3

Pakiet nr 47, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheotomijnych o szerokości 2,5 lub 3 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1- 3 – w przedmiotowym postępowaniu nie ma pakietu nr 47.

Zapytanie nr 10

Pakiet nr 4.

Pytanie nr 1

p-t 4. 1

Prosimy o dopuszczenie szczoteczek cytologicznych jednorazowego użytku bronchoskopowych o długości roboczej 1200 mm średnicy szczoteczki 3 i 4 mm z wymogiem bezpiecznego zakończenia szczoteczki kulką ograniczającą uszkodzenia tkanek.

Pytanie nr 2

p-t 4.2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych kleszczy biopsyjnych powlekanych teflonem, z markerami lub bez (do wyboru) owalne lub owalne z igłą , aligatorki, lub aligatorki z igłą (do wyboru) Średnica osłonki 1,8 mm. Długość robocza 120,160,180,230cm.(do wyboru).

Pytanie nr 3

p-t 4.3

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej szczoteczki dwustronnej z czyścikiem do czyszczenia endoskopów. Średnica osłonki 1,7 mm, długość robocza 230cm.

Średnice szczoteczek 5/5. Długość 20/120mm oraz 10/300mm.

Pakowane pojedynczo.

Pytanie nr 4

p-t 4.4

Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku powlekanych teflonem z markerami lub bez (do wyboru) powlekanych teflonem owalnych ,owalnych z igłą(do wyboru),średnica osłonki 2,3mm.

Szerokość rozwarcia szczęk 7,1 mm, pojemność łyżeczek 10mm³.

Długość szczęk wraz z obudową 11mm.

Długość robocza 160,180,230 cm (do wyboru)

Na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej z numerem produktu i datą ważności. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną.

Pytanie nr 5

p-t 4.5

Prosimy o dopuszczenie igły aspiracyjnej jednorazowej do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli. Długość robocza 1200 mm lub 1800 mm, szerokość igły 22G .Długość ostrza 10 i 14 mm. Pakowane pojedynczo.

Pytanie nr 6

p-t 4.6

Prosimy o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych typu aligator. Średnica 1,8-2.3 mm Długość 120 ,180 cm Szerokość rozwarcia szczęk 7,1 mm, pojemność łyżeczek 10mm³. Minimum 4 etykiety do dokumentacji medycznej z numerem produktu i datą ważności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 – Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 2 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 3 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 4 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 5 - Zamawiający dopuszcza

Ad. 6 - Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 11

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 1 dopuści szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe konfekcjonowane w opakowaniach po 10 sztuk?

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 4 poz. 2? Umożliwi to złożenie oferty większej ilości Wykonawców, a co za tym idzie uzyskanie przez Zamawiającego oferty korzystniejszej cenowo.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 6 dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku w otulinie - aligatorki o długości 1150 mm i średnicy 2,0 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 6 dopuści również szczypce biopsyjne jednorazowego użytku w otulinie – aligatorki o długości 1550mm i średnicy 2,0mm, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 – Zamawiający dopuści

Ad. 2 – Zamawiający nie wydzieli

Ad. 3 - Zamawiający dopuści

Ad. 4 - Zamawiający nie dopuści

Zapytanie nr 12

Dotyczy Części nr 12:

1. poz. 7: Czy zamawiający dopuści płynny preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej zawierający w swoim składzie jeden alkohol 79,9 g/100g i substancje nawilżające o spektrum

działania B, Y, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Rota, Noro-30 sekund, Polio-1 min)?

2. poz. 8: Czy zamawiający dopuści preparat na bazie 70 g etanolu o działaniu B,F,Tbc, V(HIV,HBV,HCV,Adeno,Rota,Vaccinia)-1 min z możliwością rozszerzenia o Noro-5 min występujący w wersji zapachowej lub bezzapachowej zarejestrowany jako wyrób medyczny?
3. poz. 9: Czy zamawiający dopuści preparat o równie wysokiej gramaturze wynoszącej 45g/m³ i rozmiarze 18x20 cm i składzie etanol (2,5%), chlorek benzalkonium (0,1%), alkohol izopropylowy (0,1%); kompozycje zapachowe i spektrum działania potwierdzone normami europejskimi (za wyjątkiem 16615) wobec B,F V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, VRS, H1N1) -do 5 min z możliwością rozszerzenia o TBC i Rota-15 min.?
4. poz. 15: Czy zamawiający dopuści preparat na bazie 72% etanolu i ok 5 % izopropanolu zawierającego substancje natłuszczające i nawilżające i spełniający pozostałe zapisy SIWZ?
5. poz. 15: Czy zamawiający ze względu na specyfikę swojej placówki wymaga preparatu o pełnym działaniu prątkobójczym oraz grzybobójczym?
6. poz. 22: Czy zamawiający dopuści preparat jednodniowy, do mycia i dezynfekcji narzędzi w procesie manualnym i w myjkach ultradźwiękowych, na bazie QAV, skuteczny wobec B, Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes) w 0,5% - 15 min.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Ad. 1 - Zamawiający nie dopuści
- Ad. 2 - Zamawiający nie dopuści
- Ad. 3 - Zamawiający nie dopuści
- Ad. 4 - Zamawiający dopuści
- Ad. 5 – Zamawiający wymaga
- Ad. 6 - Zamawiający nie dopuści

Zapytanie nr 13

Pytania dotyczące kryteriów oceny ofert dla zadań 5 i 10

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla zadań 5 oraz 10 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni? Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 20%.

Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SiWZ wynika, że najwyższej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień.

Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 20 pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 2 dniowy - tylko 10 pkt. Tak dużą różnicę punktową drugi wykonawca nie jest w stanie zrekomensować ceną.

Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.

Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: *"Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (...). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (...) po to tylko, by uzyskać zamówienie.*

Zamawiający, który jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy 2 dni roboczych.

Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem zadań 5 i 10 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

Pytanie 2

Pytania dotyczące kryteriów oceny ofert dla zadania 10 – termin ważności

Prosimy o poprawienie zapisu w części 18.2 SIWZ w zakresie terminu ważności dla części nr 10 zgodnie z zał. Arkusz asortymentowo-cenowy: termin przydatności dla próbek koagulologicznych nie mniej niż 6 m-cy (termin ważności zgodny z datą na próbce) a dla pozostałego sprzętu nie mniej niż 12 miesięcy.

Pytanie 3

Pytania dotyczące Arkusza asortymentowo-cenowego część nr 5 i nr 10

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (**Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06**) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a

nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)".

Pytanie 4

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy § 3 ust. 11

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości dodania zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Pytanie nr 5

Dotyczy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Pytanie 6

Dotyczy § 7 ust. 4

Prosimy o rezygnację z zapisów par. 7 ust. 4 o karze 200 zł za wystąpienie sytuacji opisanej w § 3 ust. 8 i pozostawienie zapisu, iż Zamawiający ma prawo do zakupu towaru u innego dostawcy oraz do obciążenia Wykonawcy różnicą w cenie.

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie 5:

Pytanie 7

Dotyczy pozycji nr 5.6

Czy Zamawiający dopuści statyw na 24 próbki?

Pytanie 8

Dotyczy pozycji nr 5.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla próbek i osobno dla korków?

Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą próbki i korki stanowią odrębną pozycję asortymentową, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży. Produkty te są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw.

Pytanie 9

Dotyczy pozycji nr 5.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek w opakowaniu 500 szt.?

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zadanie 10:

Pytanie 10

Dotyczy parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z korkami wciskanyimi, które są wygodniejsze w użyciu, a przy tym umożliwiają szczelne powtórne zamknięcie probówek po ich otwarciu oraz tak samo chronią przed efektem aerozolowym jak korki zakręcane?

Ponadto, na rynku tylko jeden system próżniowy posiada probówki z gwintem. Jest to system Vacuette, firmy Greiner-Bio-One. Pozostałe systemy próżniowego pobierania krwi posiadają probówki bez gwintu, ale z korkiem o konstrukcji umożliwiającej jego wielokrotne zdejmowanie i zakładanie z jednoczesnym zachowaniem szczelności zamknięcia i skutecznym zabezpieczeniem przed kontaktem z kroplami krwi pacjenta. Wymaganie tylko probówek z gwintem, jest jawnym preferowaniem wyrobów konkretnego producenta i dostawcy i stoi w sprzeczności z zapisem art. 7 oraz art. 29 Ustawy prawo zamówień publicznych, bowiem nie zostaje spełniony ani wymóg bezstronności i obiektywizmu, ani wymóg opisanie przedmiotu zamówienia, w sposób który nie powinien doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 – Zamawiający zmieni opis kryterium w SIWZ termin dostawy minimum 2 dni robocze max 5 dni robocze. Jeżeli któryś z Wykonawców zaoferuje termin dostawy mniejszy niż 2 dni Zamawiający do celów obliczeniowych przyjmie liczbę 2 dni robocze.

Ad. 2 – Zamawiający poprawi odpowiednie zapisy SIWZ.

Ad. 3 – Zamawiający w pkt 17.1 SIWZ dopuszcza możliwość podania cen jednostkowych do 3 miejsc po przecinku z zastrzeżeniem że wartość w poszczególnych pozycjach musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 4 – Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy

Ad. 5 - Zamawiający wyraża zgodę na zapis we wzorze umowy na dostawę sprzętu medycznego, laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach (dotyczy zadań nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25) , że wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200,00 zł brutto i modyfikuje odpowiednie zapisy umowy .

Ad. 6 – Zamawiający wyraża zgodę i usunie zapis w umowie.

Ad. 7 – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad. 8 – Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 9 – Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 10 – Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zapytanie nr 14

Pytanie do pakietu 5:

Pytanie nr 1:

Czy w pozycji 5.1. Zamawiający dopuści końcówki typu Gilson? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 2:

Czy w pozycji 5.6. Zamawiający dopuści statyw na 25 probówek? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy w pozycji 5.10. Zamawiający dopuści kasetę z numeracją? Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający dopuści

Ad. 2. Patrz odpowiedź na zapytanie 13 pytanie nr 7

Ad. 3. Zamawiający dopuści

D Y R E K T O R

lek. med. Joanna Nęstrój-Ostrowska