

Pilchowice dnia: 2020-10-30

**Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**  
ul. Dworcowa 31  
44-145 Pilchowice

Pismo: 33/ZP/2020/P/1

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **”Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.”** – znak sprawy 33/ZP/2020/P.

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

### Pytanie nr 1

Dotyczy: Część numer 2

1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany w zadaniu nr 2 respirator był typu "life support" - przeznaczony dla pacjentów zależnych od respiratora?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 respiratora bez nawilzacza?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 respiratora z Akumulatorem wewnętrznym pozwalającym na podtrzymanie czynności respiratora na 2 godziny - informacja potwierdzona w dokumentacji respiratora?

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

odpowiedź na pytanie 1 - Zamawiający nie wymaga

odpowiedź na pytanie 2 - Zamawiający nie dopuści

odpowiedź na pytanie 3 - Zamawiający nie dopuści

Zamawiający

Z-CA DYREKTORA  
ds. PIELĘGNIARSTWA

*mgr piel. Danuta Markłowska*