

Pilchowice dnia: 2020-11-13

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: 34/ZP/2020/P

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - postępowanie II." – znak sprawy 34/ZP/2020/P.

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 1

W pkt. H 3 wymagają Państwo [Pomiaru rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu] .

Taki pomiar jest możliwy jedynie przy zastosowaniu układu dwururowego gdzie wydech pacjenta jest na stałe monitorowany przez dodatkowy czujnik zamontowany w respiratorze. Czy dopuszczają Państwo respirator z tzw. pojedynczym układem pacjenta który nie posiada monitorowania rzeczywistej objętości wydechowej ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza respirator z pojedynczym układem pacjenta.

Zamawiający

D Y R E K T O R


lek. med. Joanna Niezdrój-Ostrowska

