

417

# PASZPORT TECHNICZNY

Mz/A-100  
(nr kat. 47411)

CZYTAL CHOKOT  
Im. Sw. Józefa w Pilschowie  
44-145 Pilschowie, ul. Dworowa 31  
NIP 633-11-82-275 Regon 276215293  
tel. 033 235-65-27 fax (32) 235-65-95


Nazwa aparatu / urządzenia

MEDIVATOR MED ISA M

Typ MED ISA M

Numer 6-022B

Producent: "FIRMA KRAJEWSKI"  
05-830 Nadarzyn ul. Pruszkowska 11  
tel. +48 22 739 71 65  
[http: druki-akcydensowe.eu](http://druki-akcydensowe.eu)  
e-mail: [biuro@druki-akcydensowe.eu](mailto:biuro@druki-akcydensowe.eu)



5907510474114





Data	Opis wykonanych prac
14.06 2019	Przebieg techniczny, uszczelnienie sprężarki, kolejny przegląd ze 180 dni. INFORMER MED s.p. z o.o. ul. Winiogrodzka 118, 61-406 Poznań NIP 779-20-99-241
15.10 2019	Diagnostyka, regulacja poz. kłapy. Uszczelnienie sprężarki technicznie. INFORMER MED s.p. z o.o. ul. Winiogrodzka 118, 61-406 Poznań NIP 779-20-99-241
12.12.2019	PRZEGLĄD TECHNICZNY I WYMIANA MATERIAŁÓW ELEKTROLITACYJNYCH - ROZEM. SPRAWNE NASTĘPNY PRZEGLĄD ZA 180 DNI INFORMER MED s.p. z o.o. ul. Winiogrodzka 118, 61-406 Poznań tel. 61 66 43 894, fax. 61 66 41 845 REGON 639721294 NIP 779-20-99-241
10.02 2020	Wyjście V3 i V14. Uszczelnienie sprężarki technicznie. INFORMER MED s.p. z o.o. ul. Winiogrodzka 118, 61-406 Poznań NIP 779-20-99-241

Data	Opis wykonanych prac
15.06 2020	Przebieg techniczny, wymiana filtrów wody i panelowe. Uszczelnienie sprężarki. Następne wymiowanie filtrów ze 180 dni. INFORMER MED s.p. z o.o. ul. Winiogrodzka 118, 61-406 Poznań NIP 779-20-99-241
14.12 2020	Przebieg techniczny, wymiana i polierowanie filtrów wody i panelowe. Uszczelnienie sprężarki. Następne wymiowanie filtrów do 14.12.2021 oraz wymiowanie filtrów do 20.12.2021 INFORMER MED Sp. z o.o. EUKASIA MAKOWICZ Starszy Inżynier ds. Serwisu
09.06.2021	PRZEGLĄD TECHNICZNY, WYMIANA FILTRÓW WODY I POLIEROWANIE. Uszczelnienie sprężarki. Następny przegląd za 180 dni. INFORMER MED Sp. z o.o. Mariusz Wałdoch Serwisant
21.08.2021	USUNIECIE ZACIEFKÓW Z WYCIĘKI WYKONANIE SERWISU INFORMER MED Sp. z o.o. Mariusz Wałdoch Serwisant

Data	Opis wykonanych prac
28.12.2021	Przebieg techniczny. Urządzenie
2021	sprawne i dopuszczalne do eksplo-
	atacji. Kolejny przegląd do
	dnia 28.12.2022
	INFORMER MED Sp. z p.o.
	Krzysztof Kwiecień
	Starszy inżynier ds. Serwisu
29.08.2022	PRZEGLĄD TECHNICZNY PRĘDOCZY
25.06.2021	URZĄDZENIE SPRAWNE TECHNICZNIE
	NASTĘPNY PRZEGLĄD ZA 180 DNI
	INFORMER MED Sp. z o.o.
	Dominik Kopera
	Inżynier ds. Serwisu

Data	Opis wykonanych prac