

Pilchowice, 30.06.2022r.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

Znak sprawy: : 16/ZP/2022/Z

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA:

Zadanie 1 - Wykonanie instalacji przyzywowej

Zadanie 2 - wyposażenie stanowisk łózkowych w panele przyłóżkowe

w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach informuje, iż do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Zadanie 2

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2022r. Pragniemy zauważyć, iż panele przyłóżkowe są produkowane pod konkretne zamówienie, realizacja wymaga dodatkowych ustaleń związanych z montażem, a cykl ich produkcji nie jest możliwy do skrócenia. Ponadto termin realizacji potencjalnego zamówienia przypada na okres wakacyjny, w którym terminy realizacji u producentów zostają wydłużone z uwagi na urlopy. Wydłużenie terminu realizacji umożliwi Wykonawcom wykonanie umowy z należytą starannością. W przypadku braku zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2022 r., zwracamy się z prośbą o wydłużenie do maksymalnego możliwego dla Zamawiającego terminu realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe ze względu na terminy wynikającego z udzielonego Grantu.

Pytanie nr 2

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści panel nieznacznie różniący się od wymaganego, o grubości 84,6 mm? Pragniemy zauważyć, iż różnica 4,6 mm jest przy tym parametrze nieistotna zarówno z punktu widzenia techniczno-użytkowego jak i estetycznego.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Umowa § 11 ust. 11 1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zamiennego na okres naprawy w zakresie paneli medycznych z zadania 2. Sprzęt ten bowiem jest aparaturą produkowaną na zamówienie, instalowaną w miejscu docelowym, nie jest możliwym dostarczenie urządzenia zamiennego na czas realizacji napraw gwarancyjnych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. Zmiana w umowie zostanie wprowadzona do zapisów umowy z najkorzystniejszym wybranym Wykonawcą w zakresie zadania nr 2.

Zamawiający
DYREKTOR

lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska